


ひとわざ(一技)名: 医療用コイルバネ

1. 概要(200字目安)

マイクロ発條が培ってきた「最微細スプリング」のノウハウを活かし、どこよりも細い長尺コイルの加工を実現。
 実際に血管造影用コイルとして下記のようなバネが医療機器の中に組み込まれ使用されています。
 また、樹脂コート材、異形線、プラチナ合金他の加工も可能。


写真・図(要点説明)



Marker Coil of guide wire

Material: Pt-8W
 Wire ϕ : 0.05mm
 F/L : 170mm
 Outer ϕ : 0.19 ϕ 0.25 ϕ 0.305

材質: SUS304-WPB
 線径: 0.02mm
 長さ: 1,000mm
 外径: 0.10mm
 D/d: 4.0倍



Marker Coil of guide wire

Material: Palladium
 Wire ϕ : 0.064mm
 F/L : 20mm
 Outer ϕ : 0.355
 Turn for Pitch&No Pitch

2. 企業概況

フリガナ	カブシキカイシャ ミクロハツジョウ	フリガナ	コジマ タクヤ
会社名	株式会社 ミクロ発條	代表者名	小島 拓也
		フリガナ	フジムラ エイジ
事業内容	自社製マシンによる精密小物バネ加工	窓口担当	藤村 英司
主要製品	微細バネ、精密バネ	URL	http://www.mikuro-spring.com
フリガナ	ナガノケン スワシ コワダミナミ		
住所	〒 399-0023 長野県 諏訪市 小和田南 22-6		
電話/FAX	0266-52-3550 / 0266-58-2317	E-mail	info@mikuro-spring.com
資本金(百万円)	50	設立年月日	1954年6月1日
		売上(百万円)	1600
		従業員数	97

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③医療分野参入(取引)実績 他
 ISO9001:2015
 ISO14001:2015